



RESMED SA
PARC TECHNOLOGIQUE DE LYON
292, ALLÉE JACQUES MONOD
69800 SAINT-PRIEST

Tel: 04 26 100 200
No TVA CEE: SYS12004

RAPPORT DE REPARATION

Informations appareil

Code produit: 39142
Description: AIRSENSE 11 ELITE WE
Numéro de série: 23231229073
Date d'achat: 10/03/23
Garantie: Oui

CH MOUSCAON

Adresse de livraison

ISIS MEDICAL BELGIUM
3 RUE DE LA GRESIE
MEDICENTRE
45140 INGRE
FRANCE

Informations client

e-RMA / SR n°: 8393108
Date (JJ/MM/AA): 01/06/23
Commande n°: 484004

Numéro de site: 1606856
Numéro client: 799276
Référence client: NA
Contact: Bruno Gaidoz

Configuration à réception

Compteur horaire: 33
Version matérielle: NA
Version logicielle: 06.5.1.0
Language: NA

Configuration à l'expédition

Compteur horaire: 54
Version matérielle: NA
Version logicielle: 06.5.1.0
Language: Français

Raison de retour

1 - Data Issue
2 - Not Recording
3 - Sd Card

Commentaires:
AUCUNE DONNEE N°#039:EST ENREGISTREE

DIAGNOSTIC GENERAL DU RMA

Nom du technicien: Isabelle G

Mise en endurance de l'appareil avec connexion Airview, télétransmission des données OK. Pas de panne observée. Fonctionne selon spécifications techniques. Calibrage + performances/tests OK. Filtre changé.

Accessoires retournés par le client: appareil revenu seul

Vous trouverez ci-dessous la liste des pièces ayant nécessité une intervention:

Type	Article	Désignation	Qté
* Facultatif			

Contact SAV: rma@resmed.fr

ISISMEDICAL
Avenue de l'Artisanat ZA
1420 Braine l'Alleud
65-01-03-555-48
Tél 02 218 00 57

*RETOUR
12/06/23*